



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ  
И ИСПЫТАНИЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
Аттестат аккредитации № RA.RU.311467

## Свидетельство о поверке

№ 13/137



Действительно до 24 января 2019 г.

Средство измерений

**Спектрометр атомно-абсорбционный Квант-Z.ЭТА-Т**

№ Госреестра: 14981-10

серия и номер знака предыдущей поверки 16003236197

заводской номер (номера) 734

поверено в соответствии с методикой поверки


поверено в соответствии с ГКНЖ 09.00.000 МП 02

с применением эталонов: *Контрольные растворы на основе ГСО 7255-96 ионов меди(II), ПГ ± 1,0 %; ГСО 7107-94 ионов бария, ПГ ± 0,8 %*

при следующих значениях влияющих факторов: температура 21 °С, относительная влажность 53 %, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Начальник отдела \_\_\_\_\_ И.А. Фокина

Дата поверки  
25 января 2018 г.

Поверитель \_\_\_\_\_ Л.И. Яровенко

*Владелец средства измерений: ФГБОУ ВО "ВГУ", ИНН 3666029505*

394018, г.Воронеж, ул.Станкевича, 2  
телефон/факс (473)220-77-29, e-mail: mail@csm.vrn.ru, www.csm-vrn.ru

**При следующей поверке предъявление свидетельства ОБЯЗАТЕЛЬНО**

**058271**